




ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

6000, Студентски град, Стара Загора

Ректор (042) 670204
Факс (042) 672009

<http://www.uni-sz.bg>
rector@uni-sz.bg



До
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ОТНОСНО: Постъпило писмо с вх.№5230/20-11-2015год. с въпроси за разяснения към открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора».

Уважаеми господа,

Във връзка с постъпило писмо с вх.№ 5230/20-11-2015год. с въпрос за разяснение към открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора»:

ВЪПРОС № 1: „В техническите изисквания за обособена позиция 35 ~ портативен рентгенов апарат е посочен параметър - „Запаметяване на поне 8 образа“, а същият апарат е аналогов и предназначен за работа с касети, което е описано и в техническите изисквания.

Моля разяснете дали параметърът „Запаметяване на поне 8 образа“ не се отнася за , запаметяване на поне 8 анатомични протокола с работни данни / APR / и ако не за какво точно ;се отнася - за дигитална система или друго?“

ОТГОВОР 1: Възложителят на обществената поръчка е предвидил: - „Запаметяване на поне 8 образа“, което всъщност означава запаметяване на рентгенови данни, използвани при получаване на поне 8 образа.

ИД Рег
п

Заличена информация на
основание чл.22б, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.23
от ЗЗЛД

(СИ)