




ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

6000, Студентски град, Стара Загора

О П (042) 699270
Факс (042) 672009

<http://www.uni-sz.bg>
rector@uni-sz.bg

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ




ОТНОСНО: Постъпило писмо с вх. № 5492/23.11.2016г. съдържащо запитване относно обществена поръчка с предмет: „ Доставка на апаратура и лабораторно оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, открита с Решение № 2848 от 15.11.2016г. давам следното допълнение към разяснения – изх. № 5595/29.11.2016г.
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Центрофуга с охлаждане.

ВЪПРОС: „ От така посочените изисквания в техническото задание не е видно с какъв ротор и адаптери за епруветки да бъде окомплектована центрофугата. Моля уточнете трябва ли предлаганата от участниците центрофуга да бъде окомплектована с ротор и ако да, моля посочете брой гнезда на ротора, както и вид, обем и приблизителни размери на епруветките, които ще се центрофугират?“

ОТГОВОР: Предлаганата от участниците центрофуга трябва да бъде окомплектована с ротор и адаптери съгласно изискванията на Възложителя разписани в Техническото задание от Указанията. Записване в Техническата спецификация „24x1,5/2,0ml.“ Следва да се чете „ротор и адаптери за 1,5 и 2ml., 24броя гнезда“

С Уважение:
/проф. д-р Ив. ВЪШИН/



/пд/