

**ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА**

Издание: 1.0

Вид на документа:
Оперативен документ№ на документа:
4.2.3_OD_1.5

В сила от: 14.09.2011

Име на документа *Заповед*

Страница: 1 от 2

РЕШЕНИЕ№ *1828* / *11.08* 2017 г.
гр. Стара Загора

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП във връзка с чл. 108, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и като взех предвид отразените резултати в Доклад с вх. № *4450* от *11.08*.2017 г. и приложените към него Протокол № 1 от 26.06.2017 г. и Протокол № 2 от 26.07.2017 г. от работата на Комисия, назначена с моя Заповед № 1510 от 26.06.2017 г. и които възприемам изцяло, за провеждане на обществена поръчка – Открита процедура с предмет: „**Доставка на лабораторно и медицинско оборудване за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора**”, под иден. № 00373-2017-0010 в АОП, открита с мое Решение № 1136 от 15.05.2017 г.

Възложител на настоящата обществена поръчка е Ректорът на Тракийски университет гр. Стара Загора – проф.двмн Иван Тодоров Въшин. Ректорът е Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки.

Адрес на Възложителя: гр. Стара Загора, Студентски град, тел.: 042 699202, факс: 042 672009, e-mail: rector@uni-sz.bg.

Интернет адрес: www.uni-sz.bg,

Адрес на „профил на купувача”

<http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170512BDZf1087980>

Лице за контакт: инж. Живка Генова;


тел.: 042 699 270; факс: 042 672 009; e-mail: zhivka_genova@uni-sz.bg;

О Б Я В Я В А М :**I. ОТСТРАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ**

- „САЙЪНТАКТ-БГ“ ООД гр. София с оферта с вх. № 3113 от 20.06.2017 г., 08:56 ч., по отношение на **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Доставка на лабораторна центрофуга с 8 гнезда“**

Пр. основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП – „оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката“.

Мотиви: Офертата на участника не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия и същата се явява „неподходяща“ по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП. Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 4 и попълнена таблица с техническите характеристики на апарата по отношение на **обособена позиция № 2 „Доставка на лабораторна центрофуга с 8 гнезда“**. Комисията е установила, че Предложението за изпълнение на поръчката по посочената обособена позиция относно техническите характеристики на апарата, не отговаря на изискванията на Възложителя, разписани в Раздел I, т. 6.2 от Указанията за участие и Раздел II. 2.4 „Описание на обществената поръчка“ от Обявлението за обществена поръчка. По – конкретно, несъответствията се отнасят до предложението на участника за максимални обороти на предлагания апарат от „8000 rpm”, което не съответства на посоченото от Възложителя в Техническата спецификация изискване за максимални обороти на апарата от ”6000 rpm“.

	ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА		Издание: 1.0
	Вид на документа: Оперативен документ	№ на документа: 4.2.3_OD_1.5	В сила от: 14.09.2011
	Име на документа <i>Заповед</i>		Страница: 2 от 2

Настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от неговото получаване с жалба пред Комисията за защита на конкуренцията.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Комисията за защита на конкуренцията, Адрес: 1000 гр. София, бул. Витоша № 18

Факс: 02 9807315

Електронна поща – cpadmin@cps.bg

Интернет адрес – <http://www.cps.bg>


Срок за подаване на жалби: чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до участника.

Всички документи по настоящата обществена поръчка са публикувани в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, в главно меню „Профил на купувача“ на адрес:

<http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170512BDZf1087980>

Ректор на Тракийски университет
гр. Стара Загора



(проф. д-мн Иван Тодоров Въшин)

ЖГ