

	ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА		Издание: 1.0
	Вид на документа: Оперативен документ	№ на документа: 4.2.3_OD_1.6	В сила от: 14.09.2011
	Име на документа <i>Уведомително писмо/покана</i>		Страница: 1 от 1



**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

относно: обществена поръчка с предмет: „**Доставка и въвеждане в експлоатация на апарат LC/MS-MS за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора**“, открита с Решение № 1173 от 08.05.2018 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора, уник. № 00373-2018-0017 в АОП

В Тракийски университет гр. Стара Загора е постъпило е запитване, заведено с вх. № 3140 от 21.05.2018 г. Публикувано е разяснение с наш. Изх. № 3229 от 23.05.2018 г. В предоставения отговор на въпрос № 2 е допусната техническа грешка при изписването на въпроса, който трябва да се чете така:

Въпрос 2: *Моля, потвърдете, че като документ, удостоверяващ съответствието на предлаганата апаратура със спецификациите на Възложителя ще се приеме и официална спецификация на производител, сертифициран за контрол на качеството по ISO 9001 от акредитиран орган?*

Допълваме предоставения отговор с разяснението, както следва:

Отговор: В р-л II Изисквания към участници в откритата процедура, т. 7.2., Възложителят е указал и изискал, участниците да посочат документ, удостоверяващ, че предлаганият в офертата апарат съответства на посочените спецификации, а именно: „*Участниците трябва да предлагат апарат, който да е сертифициран от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието с посочените спецификации.*“. ISO 9001 на производителя не удостоверява съответствието на предлаганата апаратура със спецификациите на Възложителя.

С уважение,

ПРОФ. ДВМН ИВАН ВЪШИН

Ректор

ГМ

