


# ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА



До  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

**ОТНОСНО:** Постъпило писмо съдържащо запитване относно тръжна процедура за Обществена поръчка с предмет „Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора, с обособени позиции”

Уважаеми господа,

Във връзка с постъпило писмо с искане за разяснения по отношение на Документацията и Обявлението за обществена поръчка, давам следните разяснения:

**ВЪПРОС 1:** Лот 14: Китове за определяне в серум на цитокини (човешки)

-подпозиция 2 – не е посочен цитокина в техническата спецификация

-подпозиции 4, 5, 7, 8, 9 – не е конкретизирана разфасовката/формата на кита

Моля, да се конкретизира за количествено или качествено определяне е нужно да бъдат китовете в посочени в документацията.

**Отговор 1:** Китовете са необходими за количествено определяне на съответните показатели.

Позиция 2 - ELISA kit биотинилиран за човешки TNF-alpha

Подпозиции 4, 5, 7, 8, 9 – за всички позиции разфасовката на китовете е 96 well plate (плаки за 96 теста)

**ВЪПРОС 2:** Лот 18. Тестове за H.pylori антигени. посочените подпозиции са с едно и също наименование, а именно „Тестове за фекален антиген за H.pylori, HpSAg“ – моля за потвърждение, дали се касае за един и същи набор от реактиви и консумативи или има разлика, която не е отразена при нанасянето на данните в документацията за двете подпозиции

**Отговор 2:** Потвърждаваме, че се касае за един и същи набор от реактиви и консумативи.

**ВЪПРОС 3:** Лот 28. Комбинирани ELISA китове за Т-клетъчен профил - не е посочена разфасовката/формата на кита.

**Отговор 3:** Разфасовка на кита – 96 well plate (плака за 96 теста)

**ВЪПРОС 4:** Лот 29. Китове за определяне на клетъчни антиоксиданти (глутатион) - не е посочен метода с който ще се извършва определяне на Glutathione, моля да се посочи дали е езнимна реакция с колориметрична детекция или ELISA. Моля, да се конкретизира за количествено или качествено определяне е нужно да бъде кита посочен в документацията

**Отговор 4:** - Китът е за количествено определяне на глутатион чрез езнимна реакция с колориметрична детекция за 96-100 теста.

чл.2, ал.1 от Закона за защита на  
личните данни (ЗЗЛД)

С уважение:

/ проф. Т. Влайкова дм/