


ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА



До
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ОТНОСНО: Постъпило писмо съдържащо запитване относно тръжна процедура за Обществена поръчка с предмет „Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора, с обособени позиции”

Уважаеми господа,

Във връзка с постъпило писмо с искане за разяснения по отношение на Документацията и Обявлението за обществена поръчка, давам следните разяснения:

ВЪПРОС 1: Разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от ЗОП забранява в техническата спецификация възложителят да посочва търговска марка, тъй като това ограничава обикновено до един възможните кандидати . В много от Вашите лотове има посочени търговски марки. Предполагаме, че посочените търговски марки имат илюстративен характер и че не трябва да се съобразяваме с тях. Бихте ли потвърдили това и посочили технически спецификации по следните подпозиции: 4.1. (FastDigest); 8.4 (TopVision Agarose), 4.18 (TopVision Agarose); 8.19 (O'RangeRuler), 9.4 (Maxima Probe), 9.6 (TRI Reagent), 9.7 (Maxima), 9.8 (RevertAid First Strand).

Отговор 1: Потвърждаваме, че дадените по някои позиции търговски марки, представляват само примери и имат демонстрационен характер за изискваните химикали и консумативи. В тази връзка, променяме техническите спецификации като добавяме думите „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ” във **всички случаи** където са посочени конкретни модели, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, както следва, включително и тези, за които има запитване (4.1; 8.4; 4.18- не съществува, предполагаме, че става въпрос за 8.18; 8.19; 9.4; 9.6; 9.7; 9.8)

ЛОТ 1: Позиции: 28, 33, 34, 39

ЛОТ 2: Позиция: 1

ЛОТ 3: Позиция: 3

ЛОТ 4: Позиция: 1

ЛОТ 5: Позиция: 1

ЛОТ 6: Позиция: 3

ЛОТ 8: Позиции: 4,18,19

ЛОТ 9: Позиции: 4,6,7,8

ЛОТ 11: Позиции: 1,26

ЛОТ 13: Позиции: 2,3

ЛОТ 11: Позиции: 1,26

ЛОТ 20: Позиция: 1

ЛОТ 21: Позиции: 2,7,8,9,10,11,12

ЛОТ 24: Позиции: 1,2,5,6

ЛОТ 26: Позиции: 1,3

ЛОТ 30: Позиция: 3

ЛОТ 32: Позиции: 1,2

ВЪПРОС 2: В подпозиция 8.16 е описан комплект от дНТФ 10 mM всеки, но като количество е посочено 5 x 1 ml. Имайки предвид, че дНТФ са 4 вида бихте ли потвърдили, че става въпрос за техническа грешка и се има предвид 4 x 1 ml?

Отговор 2: Предлагаме по-ясно изразена техническа спецификация за Позиция 8.16 – Комплект **смес** на dNTPs, 10 mM всеки– опаковка от 5 x 1ml.

Аналогично, предлагаме подобна по-ясно изразена спецификация за Позиция 8.23 - Комплект **смес** на dNTPs, 2 mM всеки– опаковка от 1ml.

ВЪПРОС 3: Част от изделията като ръкавици, епруветки, наконечници за автоматични пипети нямат упътване за употреба поради универсалността си и яснотата при използването им. Молим да уточните дали и за тях се изисква упътване за употреба, или това изискване се отнася за по- специфичните изделия като китове, ензими, реактиви?

Отговор 3: Потвърждаваме, че упътвания за употреба се изисква само за по- специфични изделия, основно китове, ензими и реактиви. За изделия с ясен начин на използване, като епруветки, ръкавици, лабораторна стърклария, пластмасови лабораторни консумативи и други подобни, не се изисква упътване за употреба.

С уважение :

чл. 2, вл. 3 от Закона за защита на
личните данни (ЗЗЛД)

/ проф. Т. Влайкова дм/