
	ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА		Издание: 1.0
	Вид на документа: Оперативен документ	№ на документа: 4.2.3_OD_1.6	В сила от: 14.09.2011
	Име на документа <i>Уведомително писмо/покана</i>		Страница: 1 от 1

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**



относно: обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“, с уник. № 00373-2016-0028, открита с Решение № 2466 от 10.10.2016г.

В Тракийски университет гр. Стара Загора е постъпило е запитване, заведено с вх. № 5049 от 03.11.2016г. На основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, предоставяме следните разяснения:

ПО БОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10

Въпрос по ред 8 „Автоматични пипети с променлив обем 10-50 µl“. *Ще приеме ли Възложителят автоматична пипета с променлив обем 5-50 µl, тъй като обхваща целия скан работен диапазон?*

Отговор: Характеристиката на автоматичната пипета с променлив обем 5-50 µl е приемлива, тъй като обхваща изискуемия работен диапазон.

ПО БОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20

Въпрос по ред 74 „Индикаторна хартия за стерилизация“. *Моля да уточните за каква стерилизация ще бъде ползвана индикаторната хартия - за автоклав или суха стерилизация?*

Отговор: Индикаторната хартия ще бъде използвана за автоклав и суха стерилизация.

ПО БОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 28

Въпрос по ред 11 „Микроепруветки за разреждане 1,5 мл“. *Моля да предоставите допълнителна информация за продукта: облодънни или конични са, с капаче или без капаче, тип “Епендорф” ли са?*

Отговор: Епруветките за разреждане са облодънни, без капаче, тип “Епендорф”.

С уважение,
Ректор на Тракийски университет
гр. Стара Загора
(проф. д-мн Иван Вършич)

