




ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

6000, Студентски град, Стара Загора

О П (042) 699270
Факс (042) 672009

<http://www.uni-sz.bg>
rector@uni-sz.bg

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ



ОТНОСНО: Постъпило писмо с вх. № 3243 от 26.06.2017 г., съдържащо запитване относно обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторни и медицински апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет про Тракийски университет гр. Стара Загора“, открита с Решение № 1356 от 07.06.2017 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора, давам следните разяснения:

ВЪПРОС № 1:

На основание чл. 29(1) от ЗОП бихме искали да зададем следния уточняващ въпрос към Възложителя относно указаните в техническото задание изисквания за ОП 6 „Портативен ехограф с батерия“:

Конвексният мултимерен трансдюсер с променлива честота, изискван в окомплектовката на ефографа, конвексен за едри животни ли следва да бъде или микроконвексен за дребни животни?

ОТГОВОР: По отношение на обособена позиция № 6 „Доставка на Портативен ехограф с батерия“ в Техническата си спецификация Възложителят е поставил конкретни изисквания относно вида на искания ефограф, а именно „ендоректален линеарен и конвексен мултимерен трансдюсер с променлива честота“ за едри животни.

С УВАЖЕНИЕ:
(Проф. д-н Гюрга Михайлова – зам. Ректор
съгл. Заповед № 2839 от 18.12.2015 г.
и Пълномощно от 18.12.2015 г.)

