

## ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 11.09.2017 г. в 10:00 часа, в Заседателната зала на Тракийски университет гр. Стара Загора – Ректорат, се проведе заседание на Комисия, назначена със Заповед № 1685 от 19.07.2017 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторни и медицински апарати за нуждите на **Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора**“, с уник. № в АОП 00373-2017-0017 и открита с Решение № 1356 от 07.06.2017 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора

Назначената комисия е в състав:

Председател: доц.д-р Диан Канъков - Зам.-декан по клинична дейност, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора  
и членове

1. доц.д-р Тодор Стоянчев – катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход; Ветеринарно законодателство и мениджмънт“ – Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
2. Илиана Тонева – Ръководител ФСО, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
3. Гургана Маламова – гл.експерт Обществени поръки, Тракийски университет гр. Стара Загора
4. адв. Зоя Колева – юрист

Определени са резервни членове:

1. доц.д-р Пламен Георгиев – Зам.-декан по клинична дейност, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
2. Петя Дечева – гл.експерт обществени поръчки при Тракийски университет гр. Стара Загора
3. адв. Вилиана Цонева – юрист

Комисията продължи своята работа с разглеждане на представените технически предложения на допуснатите участници, отговарящи на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, съобразно изискванията на Възложителя, разписани в р-л I. Общи условия, т. 6 Технически спецификации от Указанията за участие, по отделните обособени позиции, при което направи следните констатации:

### **1. „Елит Медикъл“ ООД гр. София с оферта с вх. № 3536 от 13.07.2017 г., 12,35 ч.**

- По отношение на обособена позиция № 2 „Доставка на Флуоресцентен микроскоп“. Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 4 и попълнена Таблица – техническо описание с техническите характеристики на апарата, който предлага. Предлага се апарат iSCOPE, на EUROMEX, Холандия. Срок за доставка – 52 к.дни, срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – 7 к.дни, срок за обучение – 7 к.дни. Предложен гаранционен срок – 64 месеца. В Таблица – техническо описание са посочени марка, модел, производител и гаранционен срок. Комисията констатира, че предложените от участника технически характеристики на апарата отговарят на изискванията на Възложителя, разписани в р-л I, т. 6 от Указанията. Комисията разгледа предложението на участника по отношение изискванията на Възложителя за обособена позиция № 2 „Доставка на Флуоресцентен микроскоп“. Не се констатираха предложения по отделните параметри, които да не отговарят на задължителните минимални характеристики, посочени от Възложителя. В хода на разглеждане на Таблица за съответствието /обр. 4а/ - неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката, на основание чл. 54, ал. 13, предл.второ от ШЗОП Комисията извърши служебна проверка на сайта на производителя EUROMEX, Холандия на адрес: <http://elektro-optika.hu/termek/euromex-oxion-ox-3085-masolat/?lang=en>, при което не се установиха различия в техническите параметри на предлагания апарат.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията допуска участника „Елит Медикъл“ ООД гр. София с оферта с вх. № 3536 от 13.07.2017 г., 12,35 ч. до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на обособена позиция № 2 „Доставка на Флуоресцентен микроскоп“.

- По отношение на обособена позиция № 3 „Доставка на Учебно-лабораторен микроскоп“. Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 4 и попълнена Таблица – техническо описание с техническите характеристики на апарата, който предлага. Предлага се апарат bScore, BS.1152-PLI\_Vinocular, на EUROMEX, Холандия. Срок за доставка – 52 к.дни, срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – 7 к.дни, срок за обучение – 7 к.дни. Предложен гаранционен срок – 64 месеца. В Таблица – техническо описание са посочени марка, модел, производител и гаранционен срок. Комисията констатира, че предложените от участника технически характеристики на апарата отговарят на изискванията на Възложителя, разписани в р-л I, т. 6 от Указанията. Комисията разгледа предложението на участника по отношение изискванията на Възложителя за обособена позиция № 3 „Доставка на Учебно-лабораторен микроскоп“. Не се констатираха предложения по отделните параметри, които да не отговарят на задължителните минимални характеристики, посочени от Възложителя. В хода на разглеждане на Таблица за съответствието /обр. 4а/ - неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката, на основание чл. 54, ал. 13, предл.второ от ППЗОП Комисията извърши служебна проверка на сайта на производителя EUROMEX, Холандия на адрес: <http://elektro-optika.hu/termek/euromex-bs-1152-pli/?lang=en>, при което не се установиха различия в техническите параметри на предлагания апарат.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията допуска участника „Елит Медикъл“ ООД гр. София с оферта с вх. № 3536 от 13.07.2017 г., 12,35 ч. до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на обособена позиция № 3 „Доставка на Учебно-лабораторен микроскоп“.

- По отношение на обособена позиция № 4 „Доставка на Лабораторно-диагностичен микроскоп“. Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 4 и попълнена Таблица – техническо описание с техническите характеристики на апарата, който предлага. Предлага се апарат iScore, IS.1153-PLI, на EUROMEX, Холандия. Срок за доставка – 52 к.дни, срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – 7 к.дни, срок за обучение – 7 к.дни. Предложен гаранционен срок – 72 месеца. В Таблица – техническо описание са посочени марка, модел, производител и гаранционен срок. Комисията констатира, че предложените от участника технически характеристики на апарата отговарят на изискванията на Възложителя, разписани в р-л I, т. 6 от Указанията. Комисията разгледа предложението на участника по отношение изискванията на Възложителя за обособена позиция № 4 „Доставка на Лабораторно-диагностичен микроскоп“. Не се констатираха предложения по отделните параметри, които да не отговарят на задължителните минимални характеристики, посочени от Възложителя. В хода на разглеждане на Таблица за съответствието /обр. 4а/ - неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката, на основание чл. 54, ал. 13, предл.второ от ППЗОП Комисията извърши служебна проверка на сайта на производителя EUROMEX, Холандия на адрес: <https://www.euromex.com/en/products/applications/anatomopathology/university-anatomopathology/iscore/>, при което не се установиха различия в техническите параметри на предлагания апарат.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията допуска участника „Елит Медикъл“ ООД гр. София с оферта с вх. № 3536 от 13.07.2017 г., 12,35 ч. до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на обособена позиция № 4 „Доставка на Лабораторно-диагностичен микроскоп“.

- По отношение на обособена позиция № 12 „Доставка на Електролитен анализатор“. Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 4 и попълнена Таблица – техническо описание с техническите характеристики на апарата, който предлага. Предлага се апарат CorLYTE Nd,K,CL/Li на PZ Cormay. Срок за доставка – 52 к.дни, срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – 7 к.дни, срок за обучение – 7 к.дни. Предложен гаранционен срок – 12 месеца. В Таблица – техническо описание са посочени марка, модел, производител и гаранционен срок. Комисията констатира, че предложените от участника технически характеристики на апарата отговарят на изискванията на Възложителя, разписани в р-л I, т. 6 от Указанията. Комисията разгледа предложението на участника по отношение изискванията на Възложителя за обособена позиция № 12 „Доставка на Електролитен анализатор“. Не се констатираха предложения по отделните параметри, които да не отговарят на задължителните минимални характеристики, посочени от Възложителя. В хода на разглеждане на Таблица за съответствието /обр. 4а/ - неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката, на основание чл. 54, ал. 13, предл.второ от ППЗОП Комисията извърши служебна проверка на сайта на производителя EUROMEX, Холандия на адрес: [http://cormay.pl/index.php?id\\_kategorii=1024&lang=\\_en](http://cormay.pl/index.php?id_kategorii=1024&lang=_en), при което не се установиха различия в техническите параметри на предлагания апарат.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията допуска участника „Елит Медикъл“ ООД гр. София с оферта с вх. № 3536 от 13.07.2017 г., 12,35 ч. до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на обособена позиция № 12 „Доставка на Електролитен анализатор“.

- По отношение на обособена позиция № 14 „Доставка на Бинокулярен микроскоп с вградена дигитална камера“. Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 4 и попълнена Таблица – техническо описание с техническите характеристики на апарата, който предлага. Предлага се апарат BioVieue BV.4267 на EUROMEX, Холандия. Срок за доставка – 52 к.дни, срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – 7 к.дни, срок за обучение – 7 к.дни. Предложен гаранционен срок – 62 месеца. В Таблица – техническо описание са посочени марка, модел, производител и гаранционен срок.

Комисията констатира, че предложените от участника технически характеристики на апарата не отговарят на изискванията на Възложителя, разписани в р-л I, т. 6 от Указанията. В хода на разглеждане на Таблица за съответствието /обр. 4а/ - неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката, на основание чл. 54, ал. 13, предл.второ от ППЗОП Комисията извърши служебна проверка на сайта на производителя EUROMEX, Холандия на адрес: [https://www.euromex.com/en/uploads/producten/producten\\_product\\_download/BLUELINE\\_brochure\\_2015\\_GB\\_web\\_3.pdf](https://www.euromex.com/en/uploads/producten/producten_product_download/BLUELINE_brochure_2015_GB_web_3.pdf), при което се установиха различия в техническите параметри на апарата, сравнявайки същите с изискванията на Възложителя. Констатираха се следните несъответствия:

- Възложителят е указал: „Увеличение: от 50x до 1000x“, Предложението на производителя за предлагания от участника апарат е „Увеличение от 40x до 1000x“.

Като взе предвид констатираните несъответствия в направеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката, на основание чл. 107, т. 2, б „а“ от ЗОП Комисията ПРЕДЛАГА на Възложителя да отстрани от процедурата „Елит Медикъл“ ООД гр. София с оферта с вх. № 3536 от 13.07.2017 г., 12,35 ч. по отношение на обособена позиция № 14 „Доставка на Бинокулярен микроскоп с вградена дигитална камера“, поради това, че офертата не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия и същата се явява „неподходяща“ по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията не допуска участника „Елит Медикъл“ ООД гр. София с оферта с вх. № 3536 от 13.07.2017 г., 12,35 ч. до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на обособена позиция № 14 „Доставка на Бинокулярен микроскоп с вградена дигитална камера“.

**2. „Микрооптика“ ООД гр. София с оферта с вх. № 3570 от 14.07.2017 г., 08,43 ч.**

- По отношение на обособена позиция № 1 „Доставка на Инверторен микроскоп с цифрова камера“. Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 4 и попълнена Таблица – техническо описание с техническите характеристики на апарата, който предлага. Предлага се апарат Zeiss, Primovert на Carl Zeiss Microscopy GmbH Германия. Срок за доставка – 50 к.дни, срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – 5 к.дни, срок за обучение – 5 к-дни. Предложен гаранционен срок – 12 месеца. В Таблица – техническо описание са посочени марка, модел, производител и гаранционен срок. Комисията констатира, че предложените от участника технически характеристики на апарата отговарят на изискванията на Възложителя, разписани в р-л I, т. 6 от Указанията. Комисията разгледа предложението на участника по отношение изискванията на Възложителя за обособена позиция № 1 „Доставка на Инверторен микроскоп с цифрова камера“. Не се констатираха предложения по отделните параметри, които да не отговарят на задължителните минимални характеристики, посочени от Възложителя. В хода на разглеждане на Таблица за съответствието /обр. 4а/ - неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката, на основание чл. 54, ал. 13, предл.второ от ППЗОП Комисията извърши служебна проверка на сайта на производителя Microsystems Германия на адрес: <https://www.zeiss.com/microscopy/us/products/light-microscopes/primovert.html>, при което не се установиха различия в техническите параметри на предлагания апарат.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията допуска участника „Микрооптика“ ООД гр. София с оферта с вх. № 3570 от 14.07.2017 г., 08,43 ч. до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на обособена позиция № 1 „Доставка на Инверторен микроскоп с цифрова камера“.

- По отношение на обособена позиция № 3 „Доставка на Учебно-лабораторен микроскоп“. Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 4 и попълнена Таблица – техническо описание с техническите характеристики на апарата, който предлага. Предлага се апарат Optika B-292, на Optika Microscopes, Италия. Срок за доставка – 50 к.дни, срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – 5 к.дни, срок за обучение – 5 к.дни. Предложен гаранционен срок – 12 месеца. В Таблица – техническо описание са посочени марка, модел, производител и гаранционен срок. Комисията констатира, че предложените от участника технически характеристики на апарата отговарят на изискванията на Възложителя, разписани в р-л I, т. 6 от Указанията. Комисията разгледа предложението на участника по отношение изискванията на Възложителя за обособена позиция № 3 „Доставка на Учебно-лабораторен микроскоп“. Не се констатираха предложения по отделните параметри, които да не отговарят на задължителните минимални характеристики, посочени от Възложителя. В хода на разглеждане на Таблица за съответствието /обр. 4а/ - неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката, на основание чл. 54, ал. 13, предл.второ от ППЗОП Комисията извърши служебна проверка на сайта на производителя Optika Microscopes, Италия на адрес: [http://www.optikamicroscopes.com/index.php?option=com\\_virtuemart&view=productdetails&virtuemart\\_product\\_id=729&virtuemart\\_category\\_id=3&Itemid=122&lang=en](http://www.optikamicroscopes.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=729&virtuemart_category_id=3&Itemid=122&lang=en), при което не се установиха различия в техническите параметри на предлагания апарат.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията допуска участника „Микрооптика“ ООД гр. София с оферта с вх. № 3570 от 14.07.2017 г., 08,43 ч. до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на обособена позиция № 3 „Доставка на Учебно-лабораторен микроскоп“.

- По отношение на обособена позиция № 4 „Доставка на Лабораторно-диагностичен микроскоп“. Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 4 и попълнена Таблица – техническо описание с техническите характеристики на апарата, който предлага. Предлага се апарат Optika B-383 Pli, на Optika Microscopes, Италия. Срок за доставка –

50 к.дни, срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – 5 к.дни, срок за обучение – 5 к.дни. Предложен гаранционен срок – 12 месеца. В Таблица – техническо описание са посочени марка, модел, производител и гаранционен срок. Комисията констатира, че предложените от участника технически характеристики на апарата отговарят на изискванията на Възложителя, разписани в р-л I, т. 6 от Указанията. Комисията разгледа предложението на участника по отношение изискванията на Възложителя за обособена позиция № 4 „**Доставка на Лабораторно-диагностичен микроскоп**“. Не се констатираха предложения по отделните параметри, които да не отговарят на задължителните минимални характеристики, посочени от Възложителя. В хода на разглеждане на Таблица за съответствието /обр. 4а/ - неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката, на основание чл. 54, ал. 13, предл.второ от ППЗОП Комисията извърши служебна проверка на сайта на производителя Optika Microscopes, Италия на адрес: [http://www.optikamicroscopes.com/index.php?option=com\\_virtuemart&view=productdetails&virtuemart\\_product\\_id=756&virtuemart\\_category\\_id=3&lang=en](http://www.optikamicroscopes.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=756&virtuemart_category_id=3&lang=en), при което не се установиха различия в техническите параметри на предлагания апарат.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията допуска участника „**Микрооптика**“ ООД гр. София с оферта с вх. № 3570 от 14.07.2017 г., 08,43 ч. до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на обособена позиция № 4 „**Доставка на Лабораторно-диагностичен микроскоп**“.

**3. „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД гр.София с оферта с вх. № 3577 от 14.07.2017 г., 11,56 ч.**

- По отношение на обособена позиция № 1 „**Доставка на Инверторен микроскоп с цифрова камера**“. Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 4 и попълнена Таблица – техническо описание с техническите характеристики на апарата, който предлага. Предлага се апарат Leica DMi 1, на Microsystems Германия. Срок за доставка – 55 к.дни, срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – 1 к.ден, срок за обучение – 1 к.ден. Предложен гаранционен срок – 12 месеца. В Таблица – техническо описание са посочени марка, модел, производител и гаранционен срок. Комисията констатира, че предложените от участника технически характеристики на апарата отговарят на изискванията на Възложителя, разписани в р-л I, т. 6 от Указанията. Комисията разгледа предложението на участника по отношение изискванията на Възложителя за обособена позиция № 1 „**Доставка на Инверторен микроскоп с цифрова камера**“. Не се констатираха предложения по отделните параметри, които да не отговарят на задължителните минимални характеристики, посочени от Възложителя. В хода на разглеждане на Таблица за съответствието /обр. 4а/ - неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката, на основание чл. 54, ал. 13, предл.второ от ППЗОП Комисията извърши служебна проверка на сайта на производителя Microsystems Германия на адрес: <http://www.leica-microsystems.com/products/light-microscopes/life-science-research/inverted-microscopes/details/product/leica-dmi1/>, при което не се установиха различия в техническите параметри на предлагания апарат.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията допуска участника „**Медицинска Техника Инженеринг**“ ООД гр.София с оферта с вх. № 3577 от 14.07.2017 г., 11,56 ч. до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на обособена позиция № 1 „**Доставка на Инверторен микроскоп с цифрова камера**“.

**4. „Данс Фарма“ ЕООД гр. София с оферта с вх. № 3588 от 17.07.2017 г., 08,36 ч.**

- По отношение на обособена позиция № 3 „**Доставка на Учебно-лабораторен микроскоп**“. Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 4 и попълнена Таблица – техническо описание с техническите характеристики на апарата, който предлага. Предлага се апарат Optika B-292, на Optika S.r.l. Италия. Срок за доставка – 60 к.дни, срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – 2 к.дни, срок за обучение – 2 к.дни. Предложен

гаранционен срок – 12 месеца. В Таблица – техническо описание са посочени марка, модел, производител и гаранционен срок. Комисията констатира, че предложените от участника технически характеристики на апарата отговарят на изискванията на Възложителя, разписани в р-л I, т. 6 от Указанията. Комисията разгледа предложението на участника по отношение изискванията на Възложителя за обособена позиция № 3 „**Доставка на Учебно-лабораторен микроскоп**“. Не се констатираха предложения по отделните параметри, които да не отговарят на задължителните минимални характеристики, посочени от Възложителя. В хода на разглеждане на Таблица за съответствието /обр. 4а/ - неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката, на основание чл. 54, ал. 13, предл.второ от ППЗОП Комисията извърши служебна проверка на сайта на производителя Optika S.r.l. Италия на адрес: [http://www.optikamicroscopes.com/index.php?option=com\\_virtuemart&view=productdetails&virtuemart\\_product\\_id=729&virtuemart\\_category\\_id=3&Itemid=122&lang=en](http://www.optikamicroscopes.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=729&virtuemart_category_id=3&Itemid=122&lang=en), при което не се установиха различия в техническите параметри на предлагания апарат.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията допуска участника „**Данс Фарма**“ ЕООД гр. София с оферта с вх. № 3588 от 17.07.2017 г., 08,36 ч. до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на обособена позиция № 3 „**Доставка на Учебно-лабораторен микроскоп**“.

- По отношение на обособена позиция № 4 „**Доставка на Лабораторно-диагностичен микроскоп**“. Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 4 и попълнена Таблица – техническо описание с техническите характеристики на апарата, който предлага. Предлага се апарат Trinocular LED BA310, на MOTIC. Срок за доставка – 60 к.дни, срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – 2 к.дни, срок за обучение – 2 к.дни. Предложен гаранционен срок – 12 месеца. В Таблица – техническо описание са посочени марка, модел, производител и гаранционен срок. Комисията констатира, че предложените от участника технически характеристики на апарата отговарят на изискванията на Възложителя, разписани в р-л I, т. 6 от Указанията. Комисията разгледа предложението на участника по отношение изискванията на Възложителя за обособена позиция № 4 „**Доставка на Лабораторно-диагностичен микроскоп**“. Не се констатираха предложения по отделните параметри, които да не отговарят на задължителните минимални характеристики, посочени от Възложителя. В хода на разглеждане на Таблица за съответствието /обр. 4а/ - неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката, на основание чл. 54, ал. 13, предл.второ от ППЗОП Комисията извърши служебна проверка на сайта на производителя MOTIC на адрес: [http://www.motic.com/As\\_LifeSciences\\_UM\\_BA310/product\\_475.html](http://www.motic.com/As_LifeSciences_UM_BA310/product_475.html), при което не се установиха различия в техническите параметри на предлагания апарат.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията допуска участника „**Данс Фарма**“ ЕООД гр. София с оферта с вх. № 3588 от 17.07.2017 г., 08,36 ч. до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на обособена позиция № 4 „**Доставка на Лабораторно-диагностичен микроскоп**“.

- По отношение на обособена позиция № 10 „**Доставка на Фотодокументираща система с транлюминатор**“. Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 4 и попълнена Таблица – техническо описание с техническите характеристики на апарата, който предлага. Предлага се апарат PhotoDoc-It Imaging system with LM-20 Transilluminator, на UVP. Срок за доставка – 60 к.дни, срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – 2 к.дни, срок за обучение – 2 к.дни. Предложен гаранционен срок – 12 месеца. В Таблица – техническо описание са посочени марка, модел, производител и гаранционен срок. Комисията констатира, че предложените от участника технически характеристики на апарата отговарят на изискванията на Възложителя, разписани в р-л I, т. 6 от Указанията. Комисията разгледа предложението на участника по отношение изискванията на Възложителя за

обособена позиция № 10 „Доставка на Фотодокументираща система с транилюминатор“. Не се констатираха предложения по отделните параметри, които да не отговарят на задължителните минимални характеристики, посочени от Възложителя. В хода на разглеждане на Таблица за съответствието /обр. 4а/ - неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката, на основание чл. 54, ал. 13, предл.второ от ППЗОП Комисията извърши служебна проверка на сайта на производителя UVP на адрес: <https://www.uvp.com/photodocit.html>, при което не се установиха различия в техническите параметри на предлагания апарат.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията допуска участника „Данс Фарма“ ЕООД гр. София с оферта с вх. № 3588 от 17.07.2017 г., 08,36 ч. до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на обособена позиция № 10 „Доставка на Фотодокументираща система с транилюминатор“.

- По отношение на обособена позиция № 14 „Доставка на Бинокулярен микроскоп с вградена дигитална камера“. Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 4 и попълнена Таблица – техническо описание с техническите характеристики на апарата, който предлага. Предлага се апарат В-150DB на Optika S.r.l.. Срок за доставка – 60 к.дни, срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – 2 к.дни, срок за обучение – 2 к.дни. Предложен гаранционен срок – 12 месеца. В Таблица – техническо описание са посочени марка, модел, производител и гаранционен срок.

Комисията констатира, че предложените от участника технически характеристики на апарата не отговарят на изискванията на Възложителя, разписани в р-л I, т. 6 от Указанията. В хода на разглеждане на Таблица за съответствието /обр. 4а/ - неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката, на основание чл. 54, ал. 13, предл.второ от ППЗОП Комисията извърши служебна проверка на сайта на производителя Optika S.r.l. на адрес: [http://www.optikamicroscopes.com/index.php?option=com\\_virtuemart&view=productdetails&virtuemart\\_product\\_id=311&virtuemart\\_category\\_id=31&lang=en](http://www.optikamicroscopes.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=311&virtuemart_category_id=31&lang=en), при което се установиха различия в техническите параметри на апарата, сравнявайки същите с изискванията на Възложителя. Констатираха се следните несъответствия:

- Възложителят е указал: „Увеличение: от 50x до 1000x“, Предложението на производителя за предлагания от участника апарат е „Увеличение от 40x до 1000x“.

Като взе предвид констатираните несъответствия в направеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката, на основание чл. 107, т. 2, б „а“ от ЗОП Комисията ПРЕДЛАГА на Възложителя да отстрани от процедурата „Данс Фарма“ ЕООД гр. София с оферта с вх. № 3588 от 17.07.2017 г., 08,36 ч. по отношение на обособена позиция № 14 „Доставка на Бинокулярен микроскоп с вградена дигитална камера“, поради това, че офертата не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия и същата се явява „неподходяща“ по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията не допуска участника „Данс Фарма“ ЕООД гр. София с оферта с вх. № 3588 от 17.07.2017 г., 08,36 ч. до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на обособена позиция № 14 „Доставка на Бинокулярен микроскоп с вградена дигитална камера“.

##### **5. „Лабтех“ ЕООД гр. Пловдив с оферта с вх. № 3590 от 17.07.2017 г., 08,39 ч.**

- По отношение на обособена позиция № 3 „Доставка на Учебно-лабораторен микроскоп“. Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 4 и попълнена Таблица – техническо описание с техническите характеристики на апарата, който предлага. Предлага се апарат Euromex Microscopen bv, BV.1152-PL, на EUROMEX, Холандия. Срок за доставка – 50 к.дни, срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – 1 к.ден, срок за обучение – 1 к.ден. Предложен гаранционен срок – 12 месеца. В Таблица – техническо описание са посочени марка, модел, производител и гаранционен срок. Комисията констатира, че

предложените от участника технически характеристики на апарата отговарят на изискванията на Възложителя, разписани в р-л I, т. 6 от Указанията. Комисията разгледа предложението на участника по отношение изискванията на Възложителя за обособена позиция № 3 „**Доставка на Учебно-лабораторен микроскоп**“. Не се констатираха предложения по отделните параметри, които да не отговарят на задължителните минимални характеристики, посочени от Възложителя. В хода на разглеждане на Таблица за съответствието /обр. 4а/ - неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката, на основание чл. 54, ал. 13, предл.второ от ППЗОП Комисията извърши служебна проверка на сайта на производителя EUROMEX, Холандия на адрес: <https://www.euromex.com/en/products/products/phase-contrast-microscopes/life-science-phase-contrast-microscopes/biobluelab/>, при което не се установиха различия в техническите параметри на предлагания апарат.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията допуска участника „**Лабтех**“ ЕООД гр. **Пловдив** с оферта с вх. № 3590 от 17.07.2017 г., 08,39 ч. до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на обособена позиция № 3 „**Доставка на Учебно-лабораторен микроскоп**“.

- По отношение на обособена позиция № 4 „**Доставка на Лабораторно-диагностичен микроскоп**“. Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 4 и попълнена Таблица – техническо описание с техническите характеристики на апарата, който предлага. Предлага се апарат Euromex Microscopen bv, iScope-IS.1153-PLi, на EUROMEX, Холандия. Срок за доставка – 50 к.дни, срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – 1 к.ден, срок за обучение – 1 к.ден. Предложен гаранционен срок – 12 месеца. В Таблица – техническо описание са посочени марка, модел, производител и гаранционен срок. Комисията констатира, че предложените от участника технически характеристики на апарата, отговарят на изискванията на Възложителя, разписани в р-л I, т. 6 от Указанията. Комисията разгледа предложението на участника по отношение изискванията на Възложителя за обособена позиция № 4 „**Доставка на Лабораторно-диагностичен микроскоп**“. Не се констатираха предложения по отделните параметри, които да не отговарят на задължителните минимални характеристики, посочени от Възложителя. В хода на разглеждане на Таблица за съответствието /обр. 4а/ - неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката, на основание чл. 54, ал. 13, предл.второ от ППЗОП Комисията извърши служебна проверка на сайта на производителя EUROMEX, Холандия на адрес: <https://www.phywe.com/en/euromex-iscopes-is-1153-pli-microscope.html>, при което не се установиха различия в техническите параметри на предлагания апарат.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията допуска участника „**Лабтех**“ ЕООД гр. **Пловдив** с оферта с вх. № 3590 от 17.07.2017 г., 08,39 ч. до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на обособена позиция № 4 „**Доставка на Лабораторно-диагностичен микроскоп**“.

- По отношение на обособена позиция № 14 „**Доставка на Бинокулярен микроскоп с вградена дигитална камера**“. Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 4 и попълнена Таблица – техническо описание с техническите характеристики на апарата, който предлага. Предлага се апарат BioBlue BB.4267 на EUROMEX, Холандия. Срок за доставка – 50 к.дни, срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – 1 к.ден, срок за обучение – 1 к.ден. Предложен гаранционен срок – 12 месеца. В Таблица – техническо описание са посочени марка, модел, производител и гаранционен срок.

Комисията констатира, че предложените от участника технически характеристики на апарата не отговарят на изискванията на Възложителя, разписани в р-л I, т. 6 от Указанията. В хода на разглеждане на Таблица за съответствието /обр. 4а/ - неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката, на основание чл. 54, ал. 13, предл.второ от ППЗОП Комисията



извърши служебна проверка на сайта на производителя EUROMEX, Холандия на адрес [https://www.euromex.com/en/uploads/producten/producten\\_product\\_download/BLUELINE\\_brochure\\_2015\\_GB\\_web\\_3.pdf](https://www.euromex.com/en/uploads/producten/producten_product_download/BLUELINE_brochure_2015_GB_web_3.pdf), при което се установиха различия в техническите параметри на апарата, сравнявайки същите с изискванията на Възложителя. Констатираха се следните несъответствия:

- Възложителят е указал: „Увеличение: от 50x до 1000x“, Предложението на участника е „Максимално увеличение от 40x до 1000x“. Участникът е предложил ниска долна граница на увеличение.

Като взе предвид констатираните несъответствия в направеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката, на основание чл. 107, т. 2, б „а“ от ЗОП Комисията ПРЕДЛАГА на Възложителя да отстрани от процедурата „Лабтех“ ЕООД гр. Пловдив с оферта с вх. № 3590 от 17.07.2017 г., 08,39 ч. по отношение на обособена позиция № 14 „Доставка на Бинокулярен микроскоп с вградена дигитална камера“, поради това, че офертата не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия и същата се явява „неподходяща“ по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията не допуска участника „Лабтех“ ЕООД гр. Пловдив с оферта с вх. № 3590 от 17.07.2017 г., 08,39 ч. до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на обособена позиция № 14 „Доставка на Бинокулярен микроскоп с вградена дигитална камера“.

**6. ЕТ „Биомед – Николай Голомехов“ гр. София с оферта с вх. № 3617 от 18.07.2017 г., 09,06 ч.**

- По отношение на обособена позиция № 3 „Доставка на Учебно-лабораторен микроскоп“. Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 4 и попълнена Таблица – техническо описание с техническите характеристики на апарата, който предлага. Предлага се апарат Wason L2800LED, на Ningbo Wason Optical Instrument Co., Ltd. Срок за доставка – 30 к.дни, срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – 5 к.дни, срок за обучение – 5 к.дни. Предложен гаранционен срок – 12 месеца. В Таблица – техническо описание са посочени марка, модел, производител и гаранционен срок. Комисията констатира, че предложените от участника технически характеристики на апарата отговарят на изискванията на Възложителя, разписани в р-л I, т. 6 от Указанията. Комисията разгледа предложението на участника по отношение изискванията на Възложителя за обособена позиция № 3 „Доставка на Учебно-лабораторен микроскоп“. Не се констатираха предложения по отделните параметри, които да не отговарят на задължителните минимални характеристики, посочени от Възложителя.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията допуска участника ЕТ „Биомед – Николай Голомехов“ гр. София с оферта с вх. № 3617 от 18.07.2017 г., 09,06 ч. до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на обособена позиция № 3 „Доставка на Учебно-лабораторен микроскоп“.

- По отношение на обособена позиция № 4 „Доставка на Лабораторно-диагностичен микроскоп“. Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 4 и попълнена Таблица – техническо описание с техническите характеристики на апарата, който предлага. Предлага се апарат Accu-Score, L3001 LED на Accu-Score Inc. Срок за доставка – 30 к.дни, срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – 5 к.дни, срок за обучение – 5 к.дни. Предложен гаранционен срок – 12 месеца. В Таблица – техническо описание са посочени марка, модел, производител и гаранционен срок. Комисията констатира, че предложените от участника технически характеристики на апарата отговарят на изискванията на Възложителя, разписани в р-л I, т. 6 от Указанията. Комисията разгледа предложението на участника по отношение изискванията на Възложителя за обособена позиция № 4 „Доставка на Лабораторно-диагностичен микроскоп“. Не се констатираха предложения по отделните параметри, които да