

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД СТАРА ЗАГОРА

УТВЪРДИ РЕКТОРАТ
ПРОФ. Д-МН ИВАН ВЪШИН
РЕКТОР НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ГРАД СТАРА ЗАГОРА

ЗАМ. РЕКТОР СЪМ.
К.Л. 23 ОТ 33/12

У К А З А Н И Я

за обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 20, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни и медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“

2017 г., гр. Стара Загора

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Предмет и описание на поръчката

1.1. „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни и медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в 7 (седем) позиции, както следва:

- обособена позиция № 1 „Аналитична везна“
- обособена позиция № 2 „Денситометър със софтуер за анализ на 1-D и 2-D колориметрични гелове - документационна система“
- обособена позиция № 3 „Апарат PCR с градиентен и чувствителен на допир дисплей“
- обособена позиция № 4 „Компактна водна баня със загряване до 100°C“
- обособена позиция № 5 „ELISA система“
- обособена позиция № 6 „Цито-центрифуга“
- обособена позиция № 7 „Апарат за диагностика на периферна артериална болест“.

1.2. Възложителят подробно е описал в т. 6 от настоящите указания техническите спецификации на отделните апарати, необходими за дейността на Медицински факултет, с посочване на минимални и задължителни характеристики и параметри на същите. Доставката ще се извърши франко на адреса на Медицински факултет – гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.

Структурното звено Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора е предвидило максимален разполагаем финансов ресурс за закупуването на посочените апарати и оборудване. Разплащанията за извършените доставки ще се извършат от Медицински факултет при условията на проекто-договора, съгласно единната сметка на Тракийски университет гр. Стара Загора в БНБ – ЦУ, код МФ 823 004 000-7.

2. Възложител на обществената поръчка

Възложител на настоящата обществена поръчка е Ректорът на Тракийски университет гр. Стара Загора – проф. д-мн Иван Тодоров Въшин. Ректорът е Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки. Адрес на възложителя: гр. Стара Загора, Студентски град, тел.: 042 699202, факс: 042 672009, e-mail: rector@uni-sz.bg.

Интернет адрес: uni-sz.bg,

адрес в „профил на купувача“:

<http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171211vbjl1472458>

Лице за контакт: Гергана Маламова, тел.: 042 699270, факс: 042 672009, e-mail: malamova@uni-sz.bg

3. Правно основание за възлагане на поръчката

3.1. Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

3.2. За нерегламентираните в настоящите указания условия по провеждането и възлагането на поръчката, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) и приложимите подзаконови, национални и международни нормативни актове съобразно предмета на поръчката.

4. Мотиви за избор на процедурата за възлагане на поръчката

4.1. Предвид планираната стойност на доставките и след съобразяване на обстоятелството за планирани обществени поръчки със същия или сходен предмет в рамките на същата календарна година, съгласно разпоредбите на чл. 18 във връзка с чл. 20 от ЗОП и в изпълнение на чл. 17, ал. 1 от ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури и прилага предвидения в закона ред за възлагане.

4.2. При съобразяване на изискванията на разпоредбата на чл. 27 от ППЗОП и предвид обстоятелството, че естеството на доставките позволява достатъчно точно да се определят

техническите спецификации, както и не са налице условията за провеждане на някоя от другите процедури по чл. 18, ал. 1 от ЗОП, настоящата обществена поръчка следва да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред и вид процедура – открита процедура.

4.3. Провеждането на горепосочената процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане на настоящата обществена поръчка, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства, целта на закона, като се защити обществен интерес и едновременно с това – да се насърчи конкуренцията, като се създадат равни условия и прозрачност при възлагането на поръчката.

5. Обособени позиции

Ръководейки се от разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, Възложителят счита, че е налице възможност за разделяне на настоящата обществена поръчка на обособени позиции, като се вземе предвид, че макар предметът на всяка обособена позиция да е възможно да бъде възложен в отделна поръчка, то всяка от позициите съставлява такава част от предмета на поръчката, който е систематически свързан с другите позиции. Разделянето на обществената поръчка и възлагането ѝ на обособени позиции е целесъобразно, обосновано и ще доведе до спестяване на ресурси и време.

Участниците могат да подават оферти за една или за повече обособени позиции.
Настоящата поръчка включва **7 (седем)** обособени позиции.

6. Технически спецификации

6.1. обособена позиция № 1 „Аналитична везна“

- режим за приготвяне на буфери: вградени рецепти за не по-малко от 10 от най-често използваните буфери;
- режим на работа за приготвяне на стандартни разтвори по молекулна маса и автоматично изчисляване на необходимото количество вещество;
- функция рецепти – възможност за предварително задаване на рецепти и изпълнението им от оператор чрез следване стъпките на дисплея на везната;
- капацитет: Не по-малък от 120 g;
- точност: Не по-лоша от 0.1 mg;
- възпроизводимост: Не по-лоша от 0.1 mg;
- линейност: Не по-лоша от 0.2 mg;
- размер на блюдото: Не по-малко от Ø90mm;
- Автоматична вътрешна калибрация
- стабилност на чувствителността по отношение на температурата: ± 2 ppm/ $^{\circ}\text{C}$ (10°C до 30°C);
- време на отклик: ≤ 2 секунди;
- гаранция и обучение.

6.2. обособена позиция № 2 „Денситометър със софтуер за анализ на 1-D и 2-D колориметрични гелове - документационна система“

- образи на различни колориметрични проби в 1-D и 2-D гелове: колориметрични петна, слота, ивици, филмови химиолуминесцентни блота и автордиограми;
- 1-D и 2-D A4 скенер с високо качество с възможности за улавяне на преминала и отразена светлина (with transmittance and reflectance modes);
- оптична резолюция: 2400dp;
- максимална големина на геловите: 20.9x28.5cm (reflectance) и 19.7x23.7cm (transmittance);
- резолюция: 16-bit сива скала; 48-bit цветна скала;
- обхват на сканираната оптична плътност (OD) - 3.8 OD;
- обхват на спектър за сканиране -430-745nm;
- интерфейс: USB 2.0, Firewire;
- 240VAC;

- анализиращ софтуер (Analysis software..) за количествен гел анализ на 1-D и 2-D гелове след документирането на геловите с възможности за мултиплексен анализ.

6.3. обособена позиция № 3 „Апарат PCR с градиентен и чувствителен на допир дисплей“

- възможности за амплифициране на ДНК (PCR анализ) в стандартен и градиентен температурен режим (с градиентен бок);
- формат на блока: 96 x 0,2 ml единични PCR епруветки и една 96-ямкова микроплака и 12x 8 стрипа по 0.2 ml с опции за взаимнозамменяне на блока;
- режим на работа: стандартен и градиентен PCR;
- 6 пелтиер елементи или повече (8);
- 6 контролни вериги с термодвойки или повече (8);
- ниво на макс. загряване и охлаждане 4⁰ C/сек;
- баланс на блока: ±0.25⁰C;
- температурен обхват на термоблока: 4 до 105 °C;
- регулируема точност: ±0.1⁰C;
- загряващ капак с автоматично определяне на височината и програмируемо заключване на капака;
- температурен обхват загряващ капак: 70 до 120 °C;
- максимален градиент над 12 колони: 39.8 °C (± 19.9 °C);
- температурен обхват на градиент: 35 до 105 °C;
- градиентна точност: ± 0.1 °C;
- с ъпгейд на място;
- потребителски интерфейс и функции;
- управление чрез тъчскрийн екран ;
- 4 x USB, 1 x портЕтернет (MS Windows®);
- вътрешна памет за 1000 типични PCR протокола в неограничени, самосъздаващи се директории/подпапки;
- компютърен софтуер за удобство при създаване на PCR програми в офис среда;
- калкулатор за температурата на топене и времеудължение;
- функция за бързо стартиране на последните изпълнявани програми;
- авто-рестарт след спиране на захранването;
- режим на моментна инкубация;
- захранване: 90 - 260 V AC, 50 - 60 Hz;
- гаранционен срок - минимум 2 год след въвеждане в експлоатация.

6.4. обособена позиция № 4 „Компактна водна баня със загряване до 100°C“

- загряване до точка на кипене (100⁰ C) с директно потапяне на пробите (епруветките);
- осигурява постоянна, постоянна работа при 100 ° C без насилствено кипене или създаване на прекомерна пара;
- резервоар от неръждаема стомана – 5 л или повече литра ;
- аналогов контрол (управление);
- регулируем регулатор на енергията, осигуряващ стабилно кипене;
- аксесоари за различни видове проби: епендорф епруветки, 10 мл епруветки, 50 мл епруветки;
- 230VAC 50/60Hz Euro plug.

6.5. обособена позиция № 5 „ELISA система“

1. Автоматичен ELISA анализатор за изследователска лабораторна работа:

- диапазон – не по-малък от 340-800nm;
- светлинен източник – Волфрам-халогенна лампа;
- работа с 12, 24, 48 и 96-ямкови плаки;
- динамичен обхват – не по-малък от 0-3.2 OD;
- точност – 0.5% при 1 OD при 450 nm;

- репродуктивност/прецизност - 0.8% при 0.1-2.0 OD при 450 nm;
- оптична система на основата на монохроматор – без необходимост от филтри;
- автоматична калибрация и самодиагностика;
- детекционна система-2 силиконови диода – един за измерване и един референтен;
- скорост на отчитане: не повече от 35 s;
- вградена функция за разклащане на плаките - в не по-малко от 4 режима на работа;
- вграден USB интерфейс за връзка с принтер и PC;
- възможност за допълнително предоставяне на валидационна плака ;

Подходящ за следните приложения:

- абсорбционни измервания – ELISA, количествено определяне на протеини, клетъчна пролиферация, клетъчна преживяемост и др.
- кинетични измервания на ензими чрез автоматично измерване през времеви интервали
- клетъчно-базирани измервания изискващи постоянно разбъркване на пробата
- измервания на чистота на пробата
- определяне на замърсеност, абсорбционен пик, формиране на продукт чрез сканиране при различни дължини на вълната
- софтуер за контрол на апарата, потребителско администриране, създаване на методи, управление и съхранение на данни;
- без необходимост от експорт на данни в Excel.

2. Автоматично измиващо устройство (уошер)

- система без вакуум и налягане;
- възможност за обработка на 96- и 384-ямкови плаки;
- не по-малко от 4 различни линии за течности и бутилки, позволяващи гъвкави комбинации между измиващи и изплакващи разтвори;
- 8 канала с шлаухи за миене и изплакване на 96-ямкови плаки;
- възможност за доокомплектоване с 12 или 16 канала за 96/384-ямкови плаки;
- измиване без докосване на ямката благодарение на автоматичното разпознаване на дълбочината ѝ;
- 3 различни изплакващи начина;
- остатъчен обем в ямките – не –повече от 1 µl;
- регулируем обем за накапване (впръскване) – в диапазон не по-малък от 50 до 2000 µl избираем със стъпка 50 µl;
- цветно кодирани шлаухи за лесна смяна;
- програмиране на минимум 50 миещи процедури с по 8 цикъла всяка ;

Възможност за програмиране на 20 различни цикъла с избор на:

- обем и скорост на впръскване
- аспирационна скорост и време
- време за изсмукване
- разклащане с избор на мин. 3 режима
- възможност за миене на цялата плака или на отделни стрипове;
- с капак над разпределителя на линиите с цел намаляване на аерозолите и разпръскването;
- с автоматичен стоп в случай на спешност – предотвратява разплискването на инфекциозни течности и повреда на плаката;
- вграден дисплей и клавиатура;
- доставката да включва пълен набор от шлаухи, дюзи (игли) и бутилки необходими за пълната работа на апарата, както и комплект необходим за регулярното почистване на дюзите.

6.6. обособена позиция № 6 „Цито-центрифуга“

- максимални обороти – не по-малко от 6 000 мин⁻¹;
- максимален RCF (g) – не по-малко от 4,000;
- максимален капацитет – не по-малък от 4x100мл/ 32x15мл/12 цито-препарати;
- микропроцесорен контрол;

- контролен електронен дисплей, показващ скорост на въртене, време за центрофугиране;
- фолирана клавиатура за избор и настройка на работните параметри;
- настройка на скоростта (RPM) – със стъпка не по-голяма от 100;
- работно време /време за центрофугиране/ – възможност за избор между следните режими:
 - не по-малко от 1 мин до 99 мин
 - режим на непрекъсната работа
 - режим на кратки цикли – импулсно въртене;
- настройка на времето за центрофугиране – със стъпка не по-голяма от 1 мин;
- заключване (автоматично блокиране) на капака след стартиране на програмата;
- автоматично разпознаване на ротора;
- автоматично откриване и изключване при разбалансираност;
- възможност за отключване на капака в случай на спешност;
- възможност за затваряне на капака с една ръка;
- камера от неръждаема стомана;
- порт за наблюдение в капака;
- метални корпус и капак;
- захранване 200-240V/50Hz;
- възможност за доокомплектация на центрофугата с различни ротори- летящи, ъглови и цито-ротори и адаптери за различни видове епруветки, респ. използването ѝ като стандартна лабораторна центрофуга.

В комплект с:

- цито- ротор с 6 гнезда и максимална скорост не по-малка от 4000 мин⁻¹ - 1 бр.;
- автоклавируеми кошнички с капаци към ротора– 6 бр.;
- всяка кошничка трябва да бъде окомплектована и с държач за предметно стъкло и еднофунийна цито-камера и затягащ ринг за цито-камерата;
- цито-камера 1мл за малки обеми телесни течности с ниско клетъчно съдържание – 100 бр.;
- цито-камера 2 мл за телесни течности с високо клетъчно съдържание – 100 бр.;
- цито-камера 4 мл за телесни течности с високо клетъчно съдържание – 100 бр.;
- филтърни карти съвместими с всички цитокамери за 1, 2 и 4 мл – общо 200 бр.

6.7. обособена позиция № 7 „Апарат за диагностика на периферна артериална болест“

Възможности за измерване на ABI /Ankle-Brachial Index/.

Комплекта да включва:

- устройство за диагностика на периферна артериална болест /PAD/, измерване на ABI /Ankle-Brachial Index/
- стойка за поставяне и съхранение
- комплект от 3 маншона размер M
- комплект от 3 маншона размер L.

Участникът, определен за изпълнител, трябва да предостави на Възложителя ръководства за експлоатация на оборудването на български език, включващи минимум основните операции на оборудването. Същият следва да осигури доставка, монтаж, обучение, гаранционна поддръжка на доставеното и монтирано оборудване за гаранционния срок съгласно техническото си предложение и съгласно условията на производителя, за марка и модел.

Разплащането става съгл. условията на проекта на договор и е окончателно. Осъществява се от Медицински факултет при Тракийски университет, за които са предназначени апаратите, в срок до **30 /тридесет/ календарни дни** от представяне на оригинал на фактура с приемо-предавателен протокол за извършената доставка.

7. Възможност за представяне на варианти в офертите

Не се допускат варианти в офертите.

8. Място и срок за изпълнение на поръчката

8.1. Оборудването, предмет на поръчката, се доставя франко: Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.

8.2. Срок за доставка на оборудването по всяка от обособени позиции е до **60 (шестдесет) календарни дни, считано от подадена писмена заявка от представител на Медицински факултет по съответната обособена позиция.** Предложеният от участника срок на доставка следва да се посочи в „календарни дни“.

8.3. Участникът посочва срок за монтаж и въвеждане в експлоатация в календарни дни, считано от датата на доставка на медицинската апаратура, отбелязана в приемо-предавателния протокол за доставката.

8.4. Участникът посочва срок за обучение на персонал в календарни дни, считано от датата на доставка на Медицинската апаратура, отбелязана в приемо-предавателния протокол за доставката.

Забележка: В случай, че участник предложи срок за доставка на апаратурата, който е по-дълъг от посоченият такъв в Точка 8.2 и/или не е посочен в предвидения времеви измерител, Възложителят ще приеме, че офертата не отговаря на поставеното в т. 8.2. от Указанията за участие условие и участникът ще бъде отстранен от процедурата.

9. Разходи за поръчката

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо Възложителя, участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

10. Стойност на поръчката

10.1. Възложителят е определил максимален разполагаем финансов ресурс за настоящата обществената поръчка в размер до **68609.99 лв.** (шестдесет и осем хиляди, шестстотин и девет лева и 99 ст.) без ДДС. Посочената стойност представлява максимален разполагаем финансов ресурс за всички позиции, както следва:

- обособена позиция № 1 „**Аналитична везна**“ 1 (един) брой – максимален разполагаем ресурс в размер до **5000,00 лв.** (пет хиляди лева) без ДДС, което е до 6000,00 лв. (шест хиляди лева) с ДДС;

- обособена позиция № 2 „**Денситометър със софтуер за анализ на 1-D и 2-D колориметрични гелове - документационна система**“ 1 (един) брой – максимален разполагаем ресурс в размер до **5833,33 лв.** (пет хиляди, осемстотин, тридесет и три лева и 33 ст.) без ДДС, което е до 7000,00 лв. (седем хиляди лева) с ДДС;

- обособена позиция № 3 „**Апарат PCR с градиентен и чувствителен на допир дисплей**“ 1 (един) брой – максимален разполагаем ресурс в размер до **7033,33 лв.** (седем хиляди и тридесет и три лева и 33 ст.) без ДДС, което е до 8500,00 лв. (осем хиляди и петстотин лева) с ДДС;

- обособена позиция № 4 „**Компактна водна баня със загряване до 100°C**“ 1 (един) брой – максимален разполагаем ресурс в размер до **1570,00 лв.** (хиляда, петстотин и седемдесет лева) без ДДС, което е до 1884 лв. (хиляда, осемстотин, осемдесет и четири лева) с ДДС;

- обособена позиция № 5 „**ELISA система**“ 1 (един) брой – максимален разполагаем ресурс в размер до **31750,00 лв.** (тридесет и една хиляди, седемстотин и петдесет лева) без ДДС, което е до 38100,00 лв. (тридесет и осем хиляди сто лева) с ДДС;

- обособена позиция № 6 „**Цито-центрофуга**“ 1 (един) брой – максимален разполагаем ресурс в размер до **12790,00 лв.** (дванадесет хиляди, седемстотин и деветдесет лева) без ДДС, което е до 15348,00 лв. (петнадесет хиляди, триста, четиридесет и осем лева) с ДДС;

- обособена позиция № 7 „Апарат за диагностика на периферна артериална болест“ 1 (един) брой – максимален разполагаем ресурс в размер до **4583,33 лв.** (четири хиляди, петстотин, осемдесет и три лева и 33 ст.) без ДДС, което е до 5500,00 лв. (пет хиляди и петстотин лева) с ДДС.

10.2. Посочените стойности по отделните позиции /апарати/ е максимална. При изготвяне на ценовото предложение, участниците трябва да се съобразят с посочените разполагаеми стойности за отделните обособените позиции /апарати/ и не трябва да ги надвишават.

В Ценовото предложение, участниците посочват обща стойност за изпълнение на обособената позиция, за която подават оферта. Общата стойност на обособената позиция включва всички разходи за доставката, монтажа, обучението и обслужването/сервизирането в посочения гаранционен срок, на отделния апарат на посоченото от Възложителя място.

Изписаната с цифри обща стойност на предложението трябва да съответства на изписаната с думи.

Комисията ще разглежда всяка предложена цена за обособената позиция. На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията може да се изиска от участниците да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците. Участниците предлагат единични цени без и с ДДС. Всички предложени цени следва да бъдат посочени в български лева, закръглени с точност до втория знак след десетичната запетая.

10.3. Всеки участник в процедурата следва да се съобрази с посочения в т. 10.1. максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя по всяка от обособените позиции – предмет на възлагане в настоящата обществена поръчка.

Забележка: В случай, че участник предложи цена (стойност) за изпълнение на съответната обособена позиция, която надвишава горепосочения финансов ресурс, Възложителят ще приеме, че офертата не отговаря на поставеното в т. 10.1. условие и участникът ще бъде отстранен от процедурата.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

1. Лично състояние на участниците. Основания за задължително отстраняване.

1.1. Участник по смисъла на § 2, т. 59 от ДР на ЗОП в настоящата обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставките – предмет на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Участниците следва да отговарят на изискванията, предвидени в ЗОП, ППЗОП, Обявлението за обществена поръчка и настоящите Указания за участие, както и на нормативните правила на законовите и подзаконовите актове, приложими към предмета на поръчката.

1.2. Съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП, Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато:

1.2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

1.2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.2.1, в друга държава членка или трета страна;

1.2.3. с налице конфликт на интереси по смисъла на § 2, т. 21 от ДР на ЗОП, който не може да бъде отстранен;

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП, основанията по т. 1.2.1, т. 1.2.2 и т. 1.2.3 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителните и надзорните му органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения на тези органи. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са посочени в чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП.

1.2.4. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 3 от ЗОП, Възложителят няма да приложи основанието за отстраняване по т. 1.2.4., когато се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, както и когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

1.2.5. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

1.2.6. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.2.7. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

1.2.8. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.

1.2.9. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.

2. Основания за отстраняване по чл. 55 от ЗОП.

2.1. На основание чл. 55, ал. 1 във вр. с ал. 2 от ЗОП, Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

2.1.1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

Забележка: Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗОП, Възложителят няма да приложи основанието за отстраняване по т. 2.1.1., ако участникът докаже, че не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.

2.1.2. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

2.1.3. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Забележка: Съгласно чл. 55, ал. 3 от ЗОП, основанията по т. 2.1.3 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителните и надзорните му

органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения на тези органи. Лицата по чл. 55, ал. 3 от ЗОП са посочени в чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП.

При подаване на офертата, участниците представят информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.2.1 – 1.2.9 и т. 2.1.1 – 2.1.3, като попълват Част III „Основания за изключване”, Раздел А, Б, В, Г от ЕЕДОП.

Обстоятелствата по т. 1.2.8 се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката чрез:

- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.

3. Мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП (когато е приложимо).

3.1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от Възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

- е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

- е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

- е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

3.2. Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, Възложителят не го отстранява от процедурата, като се посочват мотиви за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства.

3.3. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или посочените от Възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаване на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Като доказателства за надеждността на участника се представят документите, предвидени в чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.

3.4. Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки, няма право да използва предвидените в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможности (мерки за доказване на надеждност) за времето, определено с присъдата или акта.

4. Основания за отстраняване по чл. 107 от ЗОП

На основание чл. 107 от ЗОП, Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник:

4.1. който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в Обявлението за обществена поръчка или в настоящите Указания за участие;

4.2. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

4.3. който е представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право.

4.4. който не е представил в срок обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП;

4.5. чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП;

4.6. участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.

5. Критерии за подбор, които се отнасят за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

6. Критерии за подбор, които се отнасят за икономическото и финансовото състояние на участниците

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

7. Критерии за подбор, които се отнасят до техническите и професионалните способности на участниците

7.1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.

Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум две дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, по отношение на обособената позиция, за която се подава оферта. Всяка дейност да е изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „*дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция*“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни лабораторни и/или медицински апарати от предмета на обособената позиция, за която се подава оферта, чиито обем да съответства на обема на оборудването (брой на изискваната апаратура) по съответната обособена позиция.

Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена дейност за доставка.

Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят **Част IV, Раздел В, т. 16 от ЕЕДОП.**

Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи и доказателства, удостоверяващи съответствието с поставения критерий за подбор:

- списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите;

- доказателства за извършените доставки. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка.

7.2. Участниците трябва да предлагат апарати/оборудване, които да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации.

Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят **Част IV, Раздел В, т. 12 от ЕЕДОП.**

Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи и доказателства, удостоверяващи съответствието с поставения критерий за подбор:

- заверени копия от декларации за съответствие, протоколи от изпитване и др. еквивалентни документи, доказващи, че предлаганите апарати/оборудване са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации.

7.3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати, и/или оборудване, и/или изделия, издаден на името на участника.