
	ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА		Издание: 1.0
	Вид на документа: Оперативен документ	№ на документа: 4.2.3_OD_1.6	В сила от: 14.09.2011
	Име на документа <i>Уведомително писмо/покана</i>		Страница: 1 от 1

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**



Относно: Обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Проект № 1 ОУП на тема: Безопасност на детските храни и здравословно хранене на подрастващите - анализ на проблемите и наличните рискове в Старозагорска област”, открита с Решение № 2233 от 12.08.2019 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора, с уник. № 00373-2019-0025 в АОП

В Тракийски университет гр. Стара Загора е постъпило е запитване, заведено с вх. № 4465 от 22.08.2019 г. На основание чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, предоставяме следните разяснения:

Въпрос 1: Съгласно посочените минимални изисквания в техническата спецификация, по обособена позиция № 1 „Ротационен вакуум изпарител“ – 1 брой, липсват критерии за вакуум системата. Моля да уточните трябва ли в окомплектовката на апарата да бъде включена и вакуум помпа и с какви характеристики?

Отговор 1: съгласно техническата спецификация по отношение на обособена позиция № 1 „Ротационен вакуум изпарител“ – 1 брой, Възложителят не предвижда вакуум помпа.

С уважение,

Заличено съгл.
§1, т.1 от ЗЗЛД РАТ
ПРОФ. ДВМН ИВАН ВЪЩИН
Ректор



ГМ