
	ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА		Издание: 1.0
	Вид на документа: Оперативен документ	№ на документа: 4.2.3 ОД 1.6	В сила от: 14.09.2011
	Име на документа <i>Уведомително писмо/покана</i>		Страница: 1 от 2

ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



Относно: обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“, под иден. № 00373-2019-0030 в АОП

В Тракийски университет гр. Стара Загора е постъпило запитване, заведено с вх. № 5059 от 27.09.2019 г., във връзка с което на основание чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП предоставяме настоящите разяснения:

Въпрос: Дружеството – автор на писмото, отправя искане към Възложителя за извършване на промяна в публикуваната Документация за участие в частта на Техническата спецификация за обособена позиция № 2 „Безжичен рентгенов панел“, като се настоява за следното: „Параметър IP67 прахово и водозащита, касаещ „Безжичен рентгенов панел“ да бъде променен на IP53. Клас на защита IP53 е достатъчен за целите, за които ще се използва, не е необходимо да бъде 1 метър под вода до 30 минути, както е при клас IP67.“


Отговор:

Високият клас на защита е необходим при различни неблагоприятни условия на работната среда.

Посоченият от Възложителя клас на защита IP67 в значителна степен оказва влияние върху безопасността при експлоатация на уреда, предвид високата агресивност на средата, в която ще се работи с апаратурата. Същият е необходим: - за лица, работещи на открито, изложени на въздействието на атмосферни фактори; - за лица, работещи в условия на високо запрашване и/или въздействие на вода.

При предвиждане на високия клас на защита на рентгеновия панел по Обособена позиция № 2 Възложителят се е ръководил от целите, за които ще се използва изискваното оборудване от специалистите във Ветеринарномедицински факултет, в това число от спецификата на работните процеси и естеството на работа в Клиниките към Факултета, а именно: използването на оборудването при външни метеорологични условия и различната среда за живеене на животните от клиничната такава.

В конкретния случай е необходима следната степен на защита: - защита срещу проникване на пращици (прахонепропускливост), пълна защита срещу допир на вътрешни елементи; - защита срещу въздействието на вода, когато уредът (неговият корпус) е потопен във вода при определено налягане и в продължение на определено време, водата не може да проникне вътре в апарата (неговият корпус), което да навреди при неговата експлоатация.

	<b>ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА</b>		Издание: 1.0
	Вид на документа: Оперативен документ	№ на документа: 4.2.3 ОД 1.6	В сила от: 14.09.20 11
	Име на документа <i>Уведомително писмо/покана</i>		Страница: 2 от 2

С оглед гореизложеното, Възложителят е указал в Техническата спецификация по Обособена позиция № 2 „– *Висока прахо- и водозащита: IP67*“, предвид което не са налице необходимост от извършване на промени в одобрените Указания за участие и Обявлението за обществена поръчка по Обособена позиция № 2.

▲

**Заличено съгл.**

С уважение,

**§1, т.1 от ЗЗЛД**

**ПРОФ. ДВМН ИВАН ВЪШИН**  
Ректор

