

## ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 09.03.2020 г. в 14,00 часа в ст. 340 – 3 ет., Ректорат на Тракийски университет гр. Стара Загора, се проведе заседание на Комисия, назначена със Заповед № 3195 от 21.11.2019 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“, с уник. № в АОП 00373-2019-0032 и открита с Решение № 2821 от 17.10.2019 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора

Назначената комисия е в състав:

Председател: д-р Кони Иванова – к. „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“, Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

Членове: 1. Гергана Маламова – гл.експерт Обществени поръки, Тракийски университет гр. Стара Загора

2. адв. Зоя Колева – юрист

Определени са резервни членове:

1. Елина Александрова – експерт биолог к. „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ в Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

2. Петя Дечева – гл.експерт обществени поръчки при Тракийски университет гр. Стара Загора

3. адв. Вилиана Цонева – юрист.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на представените технически предложения на допуснатите участници, отговарящи на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, съобразно изискванията на Възложителя, разписани в р-л I. Общи условия, т. 6 Технически спецификации от Указанията за участие, по отделните обособени позиции.

При разглеждане на Предложение за изпълнение на поръчката на участниците по обособени позиции, се констатира следното:

1. „Омнимед“ ООД гр. София с оферта с вх. № 5914 от 12.11.2019 г., 11,16 ч.

- По отношение на обособена позиция № 1 „Напълно отворена система за ИХХ оцветявания“

Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 4 и попълнена Таблица – техническо описание с техническите характеристики по отношение на обособена позиция № 1 „Напълно отворена система за ИХХ оцветявания“. Предлага се апарат марка Dako модел Autostainer Link 48 Staining system на Dako-Adilent Technologies САЩ. Срок за доставка - 30 (тридесет) к.дни, срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – 10 (десет) к. дни, срок за обучение – 20 (двадесет) к.дни. Предложен е гаранционен срок – 12 месеца. В Таблица – техническо описание са посочени марка, модел, производител и гаранционен срок.

Комисията констатира, че предложените от участника технически характеристики на апарата отговарят на изискванията на Възложителя, разписани в р-л I, т. 6 от Указанията. Не се констатираха предложения по отделните параметри на апарата, които да не отговарят на задължителните минимални характеристики, посочени от Възложителя.

В хода на разглеждане на Таблица за съответствието /обр. 4а/ - неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката и представения линк към официална страница на производителя, както и представените брошури, Комисията не установи различия,

несъответствия в техническите параметри на предлагания апарат със заложените изисквания на Възложителя.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията допуска участника **„Омнимед“ ООД гр. София** с оферта с вх. № 5914 от 12.11.2019 г., 11,16 ч. до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на обособена позиция № 1 **„Напълно отворена система за ИХХ оцветявания“**.

2. **„Биомедика България“ ЕООД гр. София** с оферта с вх. № 6046 от 19.11.2019 г., 13,54ч.

- По отношение на обособена позиция № 3 **„Система за визуализиране и анализ на уестърн блот“**

Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 4 и попълнена Таблица – техническо описание с техническите характеристики по отношение на обособена позиция № 3 **„Система за визуализиране и анализ на уестърн блот“**. Предлага се апарат марка Azure модел С280 на Azure Biosystems САЩ. Срок за доставка - 60 (шестдесет) к.дни, срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – 5 (пет) к. дни, срок за обучение – 2 (два) к.дни. Предложен е гаранционен срок – 12 месеца. В Таблица – техническо описание са посочени марка, модел, производител и гаранционен срок.

Комисията констатира, че предложените от участника технически характеристики на апарата отговарят на изискванията на Възложителя, разписани в р-л I, т. 6 от Указанията. Не се констатираха предложения по отделните параметри на апарата, които да не отговарят на задължителните минимални характеристики, посочени от Възложителя.

В хода на разглеждане на Таблица за съответствието /обр. 4а/ - неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката и представения линк към официална страница на производителя, както и представените брошури, Комисията не установи различия, несъответствия в техническите параметри на предлагания апарат със заложените изисквания на Възложителя.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията допуска участника **„Биомедика България“ ЕООД гр. София** с оферта с вх. № 6046 от 19.11.2019 г., 13,54 ч. до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на обособена позиция № 3 **„Система за визуализиране и анализ на уестърн блот“**.

3. **„Медицинска техника инженеринг“ ООД гр. София** с оферта с вх. № 6068 от 20.11.2019 г., 11,51 ч.

-По отношение на обособена позиция № 4 **„Професионален анализатор на телесен състав“**.

Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 4 и попълнена Таблица – техническо описание с техническите характеристики по отношение на обособена позиция № 4 **„Професионален анализатор на телесен състав“**. Предлага се апарат марка Inbody модел Inbody 770 на Inbody Co. Ltd Южна Корея. Срок за доставка - 55 (петдесет и пет) к.дни, срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – 2 (два) к. дни, срок за обучение – 1 (един) к.ден. Предложен е гаранционен срок – 12 месеца. В Таблица – техническо описание са посочени марка, модел, производител и гаранционен срок.

Комисията констатира, че предложените от участника технически характеристики на апарата отговарят на изискванията на Възложителя, разписани в р-л I, т. 6 от Указанията. Не се констатираха предложения по отделните параметри на апарата, които да не отговарят на задължителните минимални характеристики, посочени от Възложителя.

В хода на разглеждане на Таблица за съответствието /обр. 4а/ - неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката и представения линк към официална страница на производителя, както и представените брошури, Комисията не установи различия,

несъответствия в техническите параметри на предлагания апарат със заложените изисквания на Възложителя.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията допуска участника **„Медицинска техника инженеринг“ ООД гр. София** с оферта с вх. № 6068 от 20.11.2019 г., 11,51 ч. до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на обособена позиция № 4 **„Професионален анализатор на телесен състав“**.

4. **„Илан медицинска апаратура“ ООД гр. София** с оферта с вх. № 6069 от 20.11.2019 г., 11,57 ч.

- По отношение на обособена позиция № 2 **„Многофункционален 31-канален цифров ЕЕГ/ЕП апарат“**

Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 4 и попълнена Таблица – техническо описание с техническите характеристики по отношение на обособена позиция № 2 **„Многофункционален 31-канален цифров ЕЕГ/ЕП апарат“**. Предлага се апарат марка Neurosoft модел Neuron Spectrum-64 на Neurosoft Ltd Русия. Срок за доставка - 58 (петдесет и осем) к.дни, срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – 1 (един) к. ден, срок за обучение – 2 (два) к.дни. Предложен е гаранционен срок – 24 месеца. В Таблица – техническо описание са посочени марка, модел, производител и гаранционен срок.

Комисията констатира, че предложените от участника технически характеристики на апарата отговарят на изискванията на Възложителя, разписани в р-л I, т. 6 от Указанията. Не се констатираха предложения по отделните параметри на апарата, които да не отговарят на задължителните минимални характеристики, посочени от Възложителя.

В хода на разглеждане на Таблица за съответствието /обр. 4а/ - неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката и представения линк към официална страница на производителя, както и представените брошури, Комисията не установи различия, несъответствия в техническите параметри на предлагания апарат със заложените изисквания на Възложителя.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията допуска участника **„Илан медицинска апаратура“ ООД гр. София** с оферта с вх. № 6069 от 20.11.2019 г., 11,57 ч. до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на обособена позиция № 2 **„Многофункционален 31-канален цифров ЕЕГ/ЕП апарат“**.

5. **„Т.Е.А.М.“ ООД гр. София** с оферта с вх. № 6070 от 20.11.2019 г., 12,01 ч.

- По отношение на обособена позиция № 5 **„Спектрофотометър“**

Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 4 и попълнена Таблица – техническо описание с техническите характеристики по отношение на обособена позиция № 5 **„Спектрофотометър“**. Предлага се апарат марка Agilent модел Cary 60 UV-Vis на Agilent Technologies САЩ. Срок за доставка - 60 (шестдесет) к.дни, срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – 1 (един) к. ден, срок за обучение – 1 (един) к.ден. Предложен е гаранционен срок – 12 месеца. В Таблица – техническо описание са посочени марка, модел, производител и гаранционен срок.

Комисията констатира, че предложените от участника технически характеристики на апарата отговарят на изискванията на Възложителя, разписани в р-л I, т. 6 от Указанията. Не се констатираха предложения по отделните параметри на апарата, които да не отговарят на задължителните минимални характеристики, посочени от Възложителя.

В хода на разглеждане на Таблица за съответствието /обр. 4а/ - неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката и представения линк към официална страница на производителя, както и представените брошури, Комисията не установи различия, несъответствия в техническите параметри на предлагания апарат със заложените изисквания на Възложителя.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията допуска участника „Т.Е.А.М.“ ООД гр. София с оферта с вх. № 6070 от 20.11.2019 г., 12,01 ч. до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на обособена позиция № 5 „Спектрофотометър“.

б. „Ридаком“ ЕООД гр. София с оферта с вх. № 6071 от 20.11.2019 г., 13,28 ч.

- По отношение на обособена позиция № 3 „Система за визуализиране и анализ на уестърн блот“

Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 4 и попълнена Таблица – техническо описание с техническите характеристики по отношение на обособена позиция № 3 „Система за визуализиране и анализ на уестърн блот“. Предлага се апарат марка Vilber модел Vilber Fusion Solo 6S на Vilber Lourmat Франция. Срок за доставка - 55 (петдесет и пет) к.дни, срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – 20 (двадесет) к. ден, срок за обучение – 20 (двадесет) к.ден. Предложен е гаранционен срок – 24 месеца.

В хода на разглеждане на Техническото предложение на участника, Комисията констатира следните несъответствия:

- съгл. Техническата спецификация на Възложителя: „Приложения и възможности за заснемане хемилуминисценция, хемифлуоресценция, рентгенов филм, протеинов анализ/гел електрофореза, UV флуоресценция, видима/бяла светлина, EPI синьо за ДНК/ приложения за етидиев бромид“. В Предложението на участника не е посочена възможност за заснемане на рентгенов филм: „Системата позволява провеждането на следните приложения: заснемане хемилуминисценция, биолуминесценция, флуоресценцияq IR/NIR флуоресценция, видима бяла светлина, ери-синьо UV-осветени изображения и др.“;

- съгл. Техническата спецификация на Възложителя: „Начин за анализ: вграден 11.5" PC-базиран таблет с Windows операционна система“. В Предложението на участника е посочено: „Интегриран PC с 22 инчов сензорен екран с Windows OS“.

Като взе предвид констатираните несъответствия в направеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 3, на основание чл. 107, т. 2, б „а“ от ЗОП, Комисията ПРЕДЛАГА на Възложителя да отстрани от процедурата „Ридаком“ ЕООД гр. София с оферта с вх. № 6071 от 20.11.2019 г., 13,28 ч. по отношение на обособена позиция № 3 „Система за визуализиране и анализ на уестърн блот“, поради това, че офертата не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и същата се явява „неподходяща“ по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията не допуска участника „Ридаком“ ЕООД гр. София с оферта с вх. № 6071 от 20.11.2019 г., 13,28 ч. до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на обособена позиция № 3 „Система за визуализиране и анализ на уестърн блот“.

С извършване на горните действия, Комисията приключи работата си в днешното заседание.

Комисията ще проведе следващото си открито заседание по отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“ на всички допуснати участници по отделните обособени позиции на 16.04.2020 г. от 09,00 часа, в стая № 340, етаж 3, в сградата на Тракийски университет гр. Стара Загора – Ректорат.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП всички заинтересовани лица да се уведомят по подходящ начин за датата на откритото заседание на Комисията.

Уведомителното писмо с информацията за отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ да се публикува в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, в главно меню „Профил на купувача“.

Настоящият протокол е изготвен на 09.04.....2020 г.

**КОМИСИЯ**  
Председател:

Заличено съгл.  
§1, т.1 от ЗЗЛД  
(д-р К. Иванова)

Членове:

Заличено съгл.  
1. ( §1, т.1 от ЗЗЛД  
(Г. Маламова)

Заличено съгл.  
2. ( §1, т.1 от ЗЗЛД  
(адв. З. Колева) /